

	<b>Riktlinje</b>	<b>Diarien</b> VON 198/15
	<b>Gäller för</b> Vård och omsorgsförvaltningen	<b>Version</b> 3
	<b>Dokumentansvarig</b> Karin Paust MAS Lena Olsson chef enhet hjälpmedel	<b>Gäller från</b> 2015-10-29
Vård- och omsorgsförvaltningen	<b>Godkänd av</b> Monica Holmgren chef vård- och omsorgsförvaltningen	<b>Senast uppdaterad</b> 2017-02-22

## Medicintekniska produkter, MTP

En medicinteknisk produkt, MTP är en produkt som används för att:

- Påvisa, förebygga, övervaka, lindra eller behandla sjukdom
- Påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller en funktionsnedsättning
- Undersöka, ändra eller ersätta anatomi eller en fysiologisk process
- Kontrollera befruktning

Alla brukare ska erhålla en god kvalitet och stor säkerhet vid användande av MTP. MTP ska vara CE-märkt utifrån medicintekniska direktivet och lyder under lagen om medicintekniska produkter.

### Medicintekniska produkter delas in under följande grupper:

- **MTP för personlig medicinsk behandling.**  
I denna grupp ingår både produkter som ägs av enheter och personligt förskrivna hjälpmedel som hyrs av leverantör. Det är en hälso- o sjukvårdsåtgärd att förskriva och använda dessa på/till brukare då de används för att påvisa, övervaka, förebygga eller behandla sjukdom eller skada. Exempel på MTP för personlig medicinsk behandling är mätare för blodsockerkontroll, infusionsaggregat eller antidecubitus madrasser.
- **MTP som inköpt grundutrustning till verksamheten.**  
I denna grupp ingår MTP som används för att kompensera brukares funktionsnedsättningar. Det är inte en hälso- och sjukvårdsåtgärd att använda dessa produkter. Vilka verksamheter som har krav på grundutrustning samt vilka MTP som ingår som grundutrustning framgår av dokumentet *Grundutrustningslista för Vård- och omsorg i Mölnåls stad.*
- **MTP som personligt förskrivet hjälpmedel till enskild brukare.**  
I denna grupp ingår MTP som används för att lindra eller kompensera skada eller funktionsnedsättning, exempelvis rollator och inkontinenshjälpmedel. Det är en hälso- och sjukvårdsåtgärd att förskriva dessa produkter men det är inte en hälso- och sjukvårdsåtgärd att använda dem.
- **MTP som medicinteknisk utrustning som inte används direkt på/ till brukare men som är CE märkt som medicinteknisk produkt,** exempelvis spoldesinfektor och dekontaminator. Anskaffning och användning är inte en hälso- och sjukvårdsåtgärd.

# Ansvaret för medicintekniska produkter

Förskrivaren för personligt förskrivna hjälpmedel ansvarar för:

- Att förskrivning utförs enligt förskrivningsprocessen
- Att informera ansvarig chef SoL/LSS om förskrivning i de fall brukaren inte kan ta egenansvar för daglig användning, skötsel och kontakt vid fel eller problem
- Att brukaren och/eller anhörig samt berörd personal i samband med förskrivning får information om hur hjälpmedlet används och hanteras samt eventuella risker
- Att placera och uppdatera instruktioner och bruksanvisningar i brukarens dokumentationspärm
- Att utföra montering och/eller leveranskontroll enligt bruksanvisning

Enhetschefen SoL/LSS ansvarar för:

- Verksamhetens ägda MTP/Grundutrustning. Att hantering, användning, förebyggande och avhjälpande underhåll och skrotning sker utifrån tillverkarens bruksanvisning. Att MTP/Grundutrustning är uppmärkt med specifikt individnummer och att besiktningar, avhjälpande underhåll och skrotning per individnummer dokumenteras. (Undantag: Produkt som kasseras då den inte längre är funktionsduglig = förbrukningsartikel). Intern drift får stöd av enhet hjälpmedel, enligt dokumentet *Uppdrag Stöd och service grundutrustning för Intern drift*.
- Verksamhetens eventuella MTP som medicinteknisk utrustning som inte används direkt till eller på brukare. Att hantering, användning, förebyggande och avhjälpande underhåll och skrotning sker utifrån tillverkarens bruksanvisning. Att MTP/Medicinteknisk utrustning är uppmärkt med specifikt individnummer och att besiktningar, avhjälpande underhåll och skrotning per individnummer dokumenteras.
- Att det i genomförandeplanen dokumenteras när och hur grundutrustning och personligt förskrivna hjälpmedel ska användas
- Att personalen har kompetens och att denna upprätthålls genom adekvata och kontinuerliga utbildningsinsatser
- Att kontakta förskrivarorganisation/förskrivare då det finns behov av bruksanvisning, information och/eller utbildning för ett personligt förskrivet hjälpmedel
- Att bruksanvisningar finns lätt tillgängliga och följs av samtlig personal
- Att det ska vara tydligt vilka produkter som är grundutrustning respektive personligt förskrivna hjälpmedel
- Att utföra funktionskontroll vid leverans
- Att förnya grundutrustning i takt med behov
- Att nyanskaffad grundutrustning inte tas i bruk förrän personalen fått tillräcklig utbildning på produkten

Enhetschef HSL ansvarar för:

- Verksamhetens ägda MTP för personlig medicinsk behandling och eventuell MTP som medicinteknisk utrustning. Att hantering, användning, kontroller, förebyggande och avhjälpande underhåll och skrotning sker utifrån tillverkarens bruksanvisning. Att MTP för personlig medicinsk behandling eller medicinteknisk utrustning är uppmärkt med specifikt individnummer och att besiktningar, avhjälpande underhåll och skrotning per individnummer dokumenteras.

Medicintekniska produkter, MTP	Dokumentansvarig: Karin Paust MAS , Lena Olsson chef enhet hjälpmedel	Version: 3	Sidan 2
--------------------------------	---	------------	---------

- Att personalen har kompetens och att denna upprätthålls genom adekvata och kontinuerliga utbildningsinsatser
- Att förskrivarorganisation/förskrivare utbildar/informerar vid förskrivning samt vid förfrågan från verksamheten gällande personligt förskrivna hjälpmedel
- Att utföra funktionskontroll vid leverans
- Att förnya verksamhetens MTP i takt med behov
- Att nyansskaffad MTP inte tas i bruk förrän personalen fått tillräcklig utbildning på produkten
- Att systematisk kontroll/besiktning enligt bruksanvisning utförs för produkter som inte kontrolleras av hjälpmedelscentralen enligt avtal, exempelvis lyftselar
- Att uppföljning görs av personligt förskrivna hjälpmedel på uppdrag från kostnadsansvarig utförs

#### Baspersonal ansvarar för:

- Att endast använda MTP på/till brukare då de kan och vet hur MTP ska användas samt har kunskap om eventuella risker vid användande
- Att läsa instruktioner och ordinationer och eventuella signeringslistor före utförandet
- Att kontakta förskrivare om instruktioner och bruksanvisningar för personligt förskrivna hjälpmedel saknas
- Att kontakta enhetschef om bruksanvisningar för grundutrustning saknas
- Den dagliga tillsynen av MTP, exempel på detta är bland annat att se till så att rullstolsdäcken är välpumpade och att bromsar fungerar på rullstolar och rollatorer
- Att rapportera till förskrivare om man vid den dagliga tillsynen eller vid annat tillfälle upptäcker att något förändrats eller gått sönder på en individuellt förskriven MTP. Gäller det MTP som ingår i grundutrustningen skall man rapportera detta till enhetschefen eller enligt lokal rutin. Som personal får man inte reparera eller på annat sätt förändra en medicinteknisk produkt.
- Att vid fel/brist inte använda produkten förrän felet är avhjälpt
- Att rengöring av MTP sker på ett ändamålsenligt sätt

#### All personal ansvarar för:

- Att rapportera avvikelser enligt Riktlinje för avvikelser

### Styrdokument

- Lag (1993:584) om medicintekniska produkter
- Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården SOSFS 2008:1

Medicintekniska produkter, MTP	Dokumentansvarig: Karin Paust MAS , Lena Olsson chef enhet hjälpmedel	Version: 3	Sidan 3
--------------------------------	---	------------	---------